

JEDNORÁZOVÉ ODSÁVACÍ CÉVKY

KVALITNÍ A DOSTUPNÉ ŘEŠENÍ PRO ANESTEZII A JEDNOTKY INTENZIVNÍ PÉČE

Možnost volby vhodného produktu z mnoha variant při zachování atraumatického přístupu

Odsávací cévky EfektLine splňují nejvyšší standard v požadavcích na tracheobronchiální odsávání. Design cévek EfektLine splňuje požadavky na bezpečnost a atraumatický přístup při odsávání. Katétrů jsou vyrobeny v několika konfiguracích a rozměrech, což umožňuje zvolení optimálního produktu.

Barevné značení velikostí odpovídá mezinárodnímu standardu. Materiál katétrů je hladký pro snadné zavádění a dostatečně měkký pro prevenci traumat.

Všechny cévky EfektLine mají atraumatické zaoblené zakončení katétru. Koncovky katétru mají barevné označení pro jednoduchou identifikaci velikosti. Katétrů jsou vybaveny jedním centrálním a dvěma bočními otvory pro zvýšení bezpečnosti při odsávání, snížení rizika slizničního traumatu a také pro zvýšení prevence blokáce katétru při odsávání.

Odsávací cévky dodáváme ve sterilním provedení.

CÉVKY EFEKTLINE MAJÍ NĚKOLIK PROVEDENÍ:

ODSÁVACÍ CÉVKA KLASICKÁ



ODSÁVACÍ CÉVKA S PŘERUŠOVAČEM SÁNÍ



ODSÁVACÍ CÉVKA S PROTILEHLÝMI OČKY



ODSÁVACÍ CÉVKA S OČKY NAD SEBOU



BAREVNÉ OZNAČENÍ ODSÁVACÍCH CÉVEK



FINGERTIP – PŘERUŠOVAČ SÁNÍ STERILNÍ



Přerušovač sání je sterilní spojovací prvek mezi odsávací cévkou a odsávací hadicí. Je dodáván ve sterilním balení a slouží k jednorázovému použití.

KÓD	NÁZEV VÝROBKU	MJ	BALENÍ (KS)	MIN. OBJ. MN. (KS)
ZMCSC06A	Odsávací katétr CH06	ks	100	100
ZMCSC08A	Odsávací katétr CH08	ks	100	100
ZMCSC10A	Odsávací katétr CH10	ks	100	100
ZMCSC12A	Odsávací katétr CH12	ks	100	100
ZMCSC14A	Odsávací katétr CH14	ks	100	100
ZMCSC16A	Odsávací katétr CH16	ks	100	100
ZMCSC18A	Odsávací katétr CH18	ks	100	100
ZMCSC20A	Odsávací katétr CH20	ks	100	100
ZMCSC22A	Odsávací katétr CH22	ks	100	100
ZMCSC06B	Odsávací katétr CH06 s přerušovačem sání	ks	100	100
ZMCSC08B	Odsávací katétr CH08 s přerušovačem sání	ks	100	100
ZMCSC10B	Odsávací katétr CH10 s přerušovačem sání	ks	100	100
ZMCSC12B	Odsávací katétr CH12 s přerušovačem sání	ks	100	100
ZMCSC14B	Odsávací katétr CH14 s přerušovačem sání	ks	100	100
ZMCSC16B	Odsávací katétr CH16 s přerušovačem sání	ks	100	100
ZMCSC18B	Odsávací katétr CH18 s přerušovačem sání	ks	100	100
ZMCSC20B	Odsávací katétr CH20 s přerušovačem sání	ks	100	100
ZMCSC22B	Odsávací katétr CH22 s přerušovačem sání	ks	100	100
ZMCSC06AO	Odsávací katétr CH06 – protilehlá odsávací očka	ks	100	100
ZMCSC08AO	Odsávací katétr CH08 – protilehlá odsávací očka	ks	100	100
ZMCSC10AO	Odsávací katétr CH10 – protilehlá odsávací očka	ks	100	100
ZMCSC12AO	Odsávací katétr CH12 – protilehlá odsávací očka	ks	100	100
ZMCSC14AO	Odsávací katétr CH14 – protilehlá odsávací očka	ks	100	100
ZMCSC16AO	Odsávací katétr CH16 – protilehlá odsávací očka	ks	100	100
ZMCSC18AO	Odsávací katétr CH18 – protilehlá odsávací očka	ks	100	100
ZMCSC20AO	Odsávací katétr CH20 – protilehlá odsávací očka	ks	100	100
ZMCSC22AO	Odsávací katétr CH22 – protilehlá odsávací očka	ks	100	100

Pro více informací kontaktujte zástupce divize
Intenzivní medicíny a intervenční urologie na imiu@promedica-praha.cz.